

ESCLARECIMENTO 01 – PREGÃO ELETRÔNICO SESI-DR/TO Nº 005/2022

Diante da solicitação de esclarecimento referente a Concorrência SESI-DR/TO Nº 005/2022 realizada por licitante, a Comissão Permanente de Licitação do Sistema FIETO passa a elucidar na forma que segue:

Questionamento 01: Gostaria de maiores informações sobre o anexo I /item 3.1.1 os equipamentos antes deveriam ser calibrados RBC e Rastreáveis e agora está descrito somente Calibração. Isto significa que pode ser por qualquer meio que nos convier, não há necessidade de ser rastreável e nem contemplar a norma NBR ISO/IEC 17:025:2017?

Resposta ao questionamento 01: Não, favor observar que o tipo de calibração que será aceita está descrito no item 2.10 do documento ADENDO I AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 SESI-DR/TO, onde se lê:

“A empresa prestadora do serviço de calibração deve ser reconhecida junto ao INMETRO para prestação de tal serviço, e de fato atender os requisitos técnicos na prestação do serviço em questão e deve emitir calibração acreditada RBC (Rede Brasileira de Calibração)”.

Palmas, 17 de outubro de 2022.

KELLYANE RESPLANDES DOS SANTOS
Presidente da CPL
Sistema FIETO